



Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии РФ
РОССТАНДАРТ



Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний - Ростест-Москва

X Специализированная выставка-конкурс
средств измерений, испытательного
и лабораторного оборудования



Всероссийская выставочно-конкурсная программа «За единство измерений»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении Знака качества
средств измерений



Средство измерений

**Преобразователи расхода электромагнитные
Эмир-Прамер-550
производства**

ЗАО «ПромСервис», Ульяновская обл., г. Димитровград

аттестовано на Знак качества
по результатам экспертной оценки
функциональных и метрологических характеристик,
приведенных в приложении к настоящему Свидетельству

Председатель Конкурсной комиссии,
Генеральный директор ФБУ «Ростест-Москва»

В.Н. Бас

Реестровый №: 29-011
Реестр на сайте: www.rostest.ru

Дата выдачи: 22 мая 2014 г.
Действительно до 21 мая 2016 г.



РОСТЕСТ МОСКВА

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
средств измерений



Средство измерени

Преобразователи расхода электромагнитные
Эмир-Прамер-550

производства

ЗАО «ПромСервис», Ульяновская обл., г. Димитровград
аттестовано на Знак качества
средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и
метрологических характеристик:

- Диаметры условного прохода: 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150 мм
- Динамический диапазон измерений: 1:100 (класс А), 1:250 (класс В), 1:500 (класс С), 1:1000 (класс D), 1:1000 (класс E)
- Погрешность измерения до $\pm 1\%$ (класс E)
- Средняя наработка на отказ не менее 75 000 ч
- Средний срок службы не менее 15 лет
- Степень защиты: IP65
- Межповерочный интервал: 4 года
- Гарантийный срок: 4 года

Руководитель Экспертной комиссии
Заместитель Генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»



А.С. Евдокимов

Эксперт

А.А. Сулин

РОСТЕСТ



МОСКВА